Checklist - volgens VDE 0751-1

.bock

Prüfgegenstand: ☐ Bed ☐ Ligvlak ☐ Elektrische delen

Model:

Serie/voorraadnummer:

Locatie:

Datum, gecontroleert door:

Visuele, mechanische en elektrische controle punten

1.	Is de algemene toestand van het bed in orde?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
2.	Zijn alle stickers, het CE-pictogram en typeplaatjes aanwezig?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
3.	Gebruikershandleiding/documentatie beschikbaar?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
4.	Is de metalen constructie zonder gebreken, dus zonder gescheurde lasnaden, verbogen raamwerk of papegaai, of beschadigingen in de houten ombouw?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
5.	Zijn alle mechanische verbindingselementen aanwezig en goed vastgezet?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
6.	Vertonen de draagplaten en pluggen geen breuken of scheuren?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
7.	Zijn de draagplaten correct geplaatst en goed vastgezet?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
8.	Zijn de afzonderlijke veerelementen en de verbindingskruizen goed vastgezet?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
9.	Gaan de veerelementen na uitoefening van eenzijdige druk terug in de horizontale uitgangspositie? Vervang veerelementen die in de diagonale positie blijven staan?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
10.	Zijn de eindschotten onbeschadigd en goed vastgezet?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
11.	Heeft het bed voldoende vrije ruimte, zoals hefhoogte, en voldoende verstelbereik zonder obstakels?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
12.	Werkt het schuifmechaniek van de onderbeensteun in elke stand veilig, ook bij belasting?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
13.	Zijhekken zonder beschadigingen?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
14.	Zijn de hoofd- en zijbalken goed vergrendeld?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
15.	Wijst de belastingproef niet op vervormingen of slijtageverschijnselen?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
16.	Kunnen de zijhekken vrij schuiven in de geleiding en vergrendelen ze goed?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
17.	Werken de zijhekken foutloos?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
18.	Is de afstand tussen de zijhekken c.q. spijlen niet groter dan 12 cm?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
19.	Hoogte bovenzijde onbelaste matras tot bovenkant zijhek min. 22 cm?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
20.	Bed accessoires (papegaai, triangelgreep, kabels, Sperbox etc.) zonder slijtageverschijnselen en veilige Fixatie?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
21.	Werken de remmen goed wanneer deze worden belast bij vastgezette wielen?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
22.	Vertonen het netsnoer, de verbindingskabels en de stekker geen schaven, druk- of knikplekken, poreuze plekken of kale draden?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
23.	Is de trekontlasting goed vastgeschroefd en werkt deze goed?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
24.	Zijn de interne stekkerverbindingen goed ingestoken en verbonden met de trekontlasting?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
25.	Vertonen het netsnoer, de verbindingskabels en de stekker geen schaven, druk- of knikplekken, poreuze plekken of kale draden?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
26.	Is het snoer correct gelegd, zodat beschadiging van het snoer door beknelling, uitrekking of beklemming bij het verstellen van het bed uitgesloten is?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
27.	Vertonen de kasten van de motor en de handbediening geen beschadigingen?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
28.	Zijn van modellen van vóór 2001 uitgerust met een druppelplaat voor de motor?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
29.	Vertonen de motorhefstangen geen gebreken of beschadigingen?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
30.	Functietest van de handbediening: foutloze bediening van de knoppen?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
31.	Functietest van de handbediening-Sperbox: werkt alles goed?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
32.	Functietest van de batterij: foutloos functioneren?	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
33.	Weerstand massakabel: Vervalt, omdat er geen massakabel aanwezig is (beschermingsklasse II).	☐ Ja ☐ Nee
	Omschrijving van het gebrek:	
34.	Isolatieweerstand (voor oude apparaten): Initieer proefspanning en meet de weerstand (uitkomst moet > 7 MΩ zijn):	
	Omschrijving van het gebrek:	
35.	Lekstroom, hoogste waarde (apparaat boven 200 V, beschermingsklasse II, Type B, grenswaarde = 0,1 mA):	☐ OK ☐ Neet OK
	Omschrijving van het gebrek:	

Beoordeling: Bed in orde?	☐ Ja ☐ Nee
Opmerking:	
Plaats en datum:	
Handtekening:	
Volgende testdatum:	